



C380 Martelo de teste de concreto

(Concreto -)

EN 12504 PARTE 2

ASTM C805

RUÍDO 1048

BS 1881:202

NF P18-417

O martelo de teste de alta qualidade disponível no mercado.

Adequado para estruturas e edifícios de concreto acabados com resistências de 10 a 70 N/mm². Este martelo de teste de concreto, inteiramente produzido pela Matest, possui **estrutura de alumínio** e graças ao seu processamento de fabricação muito preciso e componentes selecionados garante resultados de teste de alta precisão no tempo.

Fornecido completo com gráfico de curva de calibração em valores N/mm² (Mpa), pedra abrasiva, maleta de transporte.

Energia de impacto da mola 0,225 mkg.(2,207 Joule ou Nm)

Dimensões com caixa: 330x100x100 mm

Peso: 2 Kg

